

高雄市立大同醫院

(委託財團法人私立高雄醫學大學附設中和紀念醫院經營)

依據全民健康保險法第 45 條暨衛生福利部 104 年 5 月 4 日衛部保字第 1041260312 號公告：「調控式腦室腹腔引流系統為全民健康保險自付差額之特殊材料品項類別」自 104 年 6 月 1 日起辦理。

凡符合常壓性水腦症、阻塞性水腦症及腦室出血等適應症者，自行選用外控可微調式腦室腹腔分流術組時，比照健保傳統腦室腹腔引流系統給付，超過部分須由病患自行負擔。

壹、目前外控可微調式腦室腹腔分流術組廠牌及收費標準

特材代碼	產品名稱	廠牌	單位	醫院價格	健保給付價	保險對象負擔費用
				A	B	C=A-B
CDVPB18HPVCM	"美的思"柯特曼霍金斯引流閥系統-可調式引流閥(自付差額)"MEDOS" CODMAN HAKIM VALVE SYSTEM-PROGRAMMABLE VALVE	CODMAN	SET	\$58,800	\$7,127	\$51,673

備註：1.本表金額僅供參考，如有異動，以本院電腦設定為準。(104.6.1 起新健保價)

2.健保保險對象使用本項特材時，需符合健保使用規範。

貳、使用柯特曼霍金斯引流閥系統-可調式引流閥之副作用、禁忌症及注意事項：

	一般腦室腹腔引流系統	調控式腦室腹腔引流系統
產品特性	現行健保給付之導管皆無法知道導管確定壓力，或無法改變病情所需要的流速。	壓力設定由 30mmH2O~200mmH2O，每 10mmH2O 為一段共 18 段可供醫生做選擇，可直接由體外做微調整，免除病患需再次手術的風險。可含抗生素導管防止感染發炎。
副作用	一、阻塞， 二、引流過度或引流不足引起的症狀。嚴重時會引起腦出血。 三、感染。	一、阻塞， 二、感染。 三、臨床症狀發生頭痛或嘔吐，有可能未發揮正常的引流功能。
禁忌症	如果腦脊髓液引流至腹腔或身體其他部位，引流系統組件的植入部位有感染存在，不應進行。這包括頭皮與其他引流系統途經之皮膚、腦膜、腦室、腹膜/腹膜內/後腹腔器官、胸膜、與血液系統。當身體任一部位發生感染，禁止進行腦脊髓液引流。再者，如病患患有先天性心臟病或其他嚴重心肺異常，禁止引流到心房。	
注意事項	若病患術後因為壓力問題而產生症狀如：頭痛、頭暈、嗜睡、嘔吐等，需再次手術更換導管。	後術後若產生任何不舒服的情況請即時與醫生聯絡，是否需要調整引流管的壓力即可。